スーパーセパレーター 取扱説明書

この度は、スーパーセパレーターお買い求め頂きまして誠にありがとうございました。
ご使用前に、この取扱説明書を読んで正しくお使いください。



1.組み立てについて

・別紙「DENTAL TRAP 組み立て図」に従い組み立てて下さい。

⚠注意　ゴムパッキンの位置が正しくないと水漏れします。
図に従い正しく取付して下さい。

① シンクから排水ホース
接続コネクター部分

② 排水ホースコネクター部分

③ メクラ栓部分

- 排水ホースコネクターの取付位置は②･③2ヶ所からお選び頂けます。
排水口に一番短い場所に排水コネクターを取付け、もう一方にはメクラ栓を取付けて下さい。

- 排水ホースは流が逆勾配にならないよう長さを調整して下さい。また、排水口に差しこむ側の
ホース末端は図の様に斜めにカットして頂きますと排水効率が良くなります。



- 排水ホースは付属の接着剤でコネクターにしっかりと接着して下さい。

- 接着剤が硬化した後、セパレーターをシンク下に設置し、水を流し、コネクター部分より水漏れ
が無い事を確認して下さい。

⚠注意

・本品はプラスチック製のため80℃以上の熱湯を流しますと変形の原因となりますのでお止めください。
・同様にクロロホルム・アセトン・レジン液・レジンクリーナー液など有機溶剤、アルコール、レントゲン現像液等の薬品は変形・、ひび割れの原因となりますので絶対に流さないで下さい。
・セパレーターのフタについているグレーのバスケットは週に1回確認し、ごみが溜まっているようでしたら清掃して下さい。
・溶けたワックスなどがバスケット網に付着するとオーバーフローを起こします。水漏の原因となりますのでシンクで脱蝋を行わないで下さい。
・シンクに大量に貯めた水を一気に流しますと、排水が追い付かず、オーバーフローを起こします。水漏れの原因となりますのでご注意下さい。